

GUIDE

AU CHOIX DES SUPPORTS DE PRÉVENTION ET D'AIDE AU TRAITEMENT DES ESCARRES

RISQUE D'ESCARRE
NUL, FAIBLE À MOYEN¹

RISQUE D'ESCARRE
MOYEN À ÉLEVÉ¹

RISQUE D'ESCARRE
ÉLEVÉ¹

Alitement²
≤ 15 heures / Jour

Alitement²
> 15 heures / Jour

Alitement²
24 heures / 24 h

- Patient qui se mobilise seul avec difficulté,
- Sans trouble neurologique important,
- Sans artériopathie,
- Etat général bon à moyen²

MATELAS STATIQUE

PATIENT LEVÉ DANS LA JOURNÉE²
[Fréquence des changements de position²]

[≥ 6 x par jour]
(SUR) MATELAS STATIQUE

[< 6 x par jour]
(SUR) MATELAS À AIR MOTORISÉ

Patient en mauvais état général, et/ou ayant une artériopathie, et/ou un trouble neurologique sévère récent²

MATELAS À AIR MOTORISÉ

Pas d'escarre³

Antécédent d'escarre³

Au moins 1 escarre
Stade 1 à 2
HORS zone d'appui

1 escarre
Stade 3 à 4
HORS zone d'appui

1 escarre
EN zone d'appui

Stade 1 à 2'

Stade 1 à 4'

Plusieurs escarres
Stade 1 à 2 / EN zone d'appui
SANS DATP - si alitement 24h/24 : AT15

Plusieurs escarres
Stade 1 à 4 / EN zone d'appui
AVEC DATP - si alitement 24h/24 : AT15

MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL

MATELAS SIMPLE

30 ≤ 120 kg
MORFEA

GAUFRIER
40 ≤ 120 kg
APLOT

MOUSSE STRUCTURÉE
40 ≤ 120 kg
EPSUS

MULTI STRATES
30 ≤ 120 kg
STRAT'AIR

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE
20 ≤ 180 kg
ALOVA viscoélastique³

30 ≤ 150 kg
VISKOA

135 ≤ 270 kg
ALOVA XXL⁴

MANUEL
30 ≤ 110 kg
Axtair ONE®

AUTOMATIQUE
30 ≤ 135 kg
Axtair automorpho®

30 ≤ 165 kg
Axtair automorpho®
censor®
AT12 Bluetooth®

30 ≤ 180 kg
Axtair automorpho®
censor®
AT15 Bluetooth®

Escarre(s) HORS ZONE D'APPUI ou avec exclusion possible de l'appui : usage de dispositifs de décharge(s) localisée(s)
Escarre(s) EN ZONE D'APPUI : usage de systèmes de positionnement et intervention d'auxiliaires médicaux 3 fois par jour pour vérification et réalisation de retournement

1 : selon échelle validée et jugement clinique
2 : selon avis de la CNEDIMTS du 22/12/2009
3 : VMA62 poids ≤ 120 kg; VMA63 poids ≤ 150 kg; VMA64 poids ≤ 180 kg
4 : différentes versions du matelas ALOVA sont disponibles: avec bordures stabilisatrices, en taille XL, DUO et pédiatrique
5 : Recommandations EPUAP-NPUAP-PPPIA. 2014

RISQUE À ÉVALUER SELON JUGEMENT CLINIQUE ET ÉCHELLES VALIDÉES.

RISQUE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ
Échelle de Braden	Score de 17 à 13	Score de 12 à 8	Score < 8
Échelle de Waterlow	Score de 10 à 15	Score de 15 à 19	Score de 20 et +
Échelle de Norton	Score de 14 à 12	Score de 11 à 9	Score de 8 à 5

